

인 증 서

기 관 명 : 한국산업기술시험원
사업자등록번호 : 113-82-06228
주소 : 경상남도 진주시 충의로10(충무공동)
유효기간 : 2024.12.24. ~ 2027.12.23.
인증내용 : 별지참조

상기 법인을 성능검증기관의 인증 및 관리에 관한 규정 제9조에
의거하여 원전 안전관련설비 성능검증기관으로 인증합니다.

2024.12.09

한국원자력안전재단 이사장



【별지】

인증번호 : 제24-12호

○ 사업장소재지 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723(사동)/경상남도 진주시 상대로 72번길 16, 상대로 72번길 10

○ 인증분야 및 범위

인증분야		인증범위
1	열적노화 시험	온도범위 : 20 ℃ ~ 300 ℃
2	열적노화 해석	제한없음
3	열적주기 시험	온도 : -40 ℃ ~ 150 ℃
4	온습도 시험	온도 : -40 ℃ ~ 170℃ 습도 : 10 % RH ~ 99 % RH
5	방사선노화 시험	조사선량을 : 1 Gy/h ~ 1.5x10 ⁴ Gy/h
6	방사선노화 해석	제한없음
7	진동노화 시험	최대무게 : 500 kgf 최대주파수 : 200 Hz 무부하 100Hz의 최대가속도 : 78.48 m/s ² (8G)
8	전자기 장해(RE, CE) 시험	주파수 범위 : 30 Hz ~ 18 GHz
9	전자기 내성(RS, CS, ESD) 시험	주파수 범위 : 30 Hz ~ 18 GHz 최대 시험 레벨 : 30 kV
10	내진 시험	최대무게 : 3,000 kgf 최대주파수 : 100 Hz 무부하 40Hz의 최대가속도 -수평 최대 : 78.48 m/s ² (8G) -수직 최대 : 78.48 m/s ² (8G)
11	내진 해석	제한없음

※ 인증서 발행이력

구분	발행일자	발행이력	비고
1	2015.12.24	최초 인증	제15-07호
2	2017.08.18	인증범위의 확대(온습도 시험, 온도 범위)	제17-09호
3	2018.02.14	대표자 및 기관주소 변경	제17-09호
4	2018.12.19	인증갱신 및 인증범위의 확대(온습도 시험, 온도 범위)	제18-16호
5	2020.02.13	인증범위의 확대(온습도 시험, 습도 범위)	제20-02호
6	2020.04.20	사업장주소 추가	제20-02호
7	2021.11.11	인증갱신	제21-07호
8	2024.12.09	인증갱신	제24-12호

